

Comunicado oficial Airnatech.

En relación al aviso emitido por el ministerio de consumo al modelo de mascarilla AIR-E001 NÚMERO DE LOTE: "L0059" Fecha de envasado: 01 2021 Línea máquina: 4, certificada por BSI debido a los ensayos realizados por el laboratorio Force technology, Airnatech emite un comunicado oficial para exponer el plan de actuación y solventar el problema de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Consumo y Juntas de Extremadura y Conselleria de la Comunidad Valenciana.

- La estanqueidad de las mascarillas presentaba una incidencia debido a un fallo de la elasticidad de las gomas causando una menor adaptación de la mascarilla al rostro del usuario.
- La mascarilla, no obstante, cumple con su función de protección facial, en cuanto a la capacidad de penetración de partículas, respirabilidad y el resto de ensayos descritos en la norma.

En consecuencia, la empresa ADVIERTE a consumidores y usuarios que se va a proceder a la inmediata paralización de venta y retirada del producto afectado, fabricado en el LOTE 4 0059.

No obstante, lo anterior, debemos dejar constancia que los productos que fabrica y distribuye AIRNATECH ANTIVIRAL S.L disponen de todos los certificados necesarios y pasan regularmente los controles de calidad correspondientes. Se trata el presente de una incidencia aislada con relación a un lote en concreto.

Puede contactar con la empresa a través de correo electrónico o de los teléfonos que se indican en esta página web.

Fdo: Pablo Sarrión Llau

Responsable del departamento de calidad e I+D



AIRNATECH
AIRNATECH ANTIVIRAL S.L.
CIF: B12993622
Ctra. Borriol, Km. 2.6
12004 CASTELLÓN